



**ACTA DE CIERRE DE LA PRIMERA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS
No. LA-016000997-E13-2020**

**“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA MEGALÓPOLIS”**

En la Ciudad de México, siendo las **16:45 horas del día 11 de marzo de 2020**, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios, ubicada en Av. Ejército Nacional No. 223, Piso 17 ala “B”, Col. Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo; los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, hacen constar lo siguiente:

I. INICIO DEL ACTO.

Siendo las **16:45 horas del día 11 de marzo de 2020**, la Lic. Claudia Patricia Vázquez Moreno, Subdirectora de Adquisiciones y Obras, de conformidad con el punto II.3.1 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SEMARNAT, continuó con la primera Junta de Aclaraciones.

Se asienta en la presente acta, que se recibieron vía electrónica, solicitudes de aclaración con respecto a las contestaciones realizadas por la convocante de conformidad con lo siguiente (Se anexa reporte emitido por el sistema CompraNet)

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	No. DE SOLICITUD DE ACLARACIONES
1	TERSUM A'RES, S.A.P.I. DE C.V.	4

II. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN Y CONTESTACIONES

LICITANTE: TERSUM A'RES, S.A.P.I. DE C.V.

1.- Anexo B, equipos del componente 2 partida #23, haciendo referencia al equipo “analyzer continuo de monóxido de carbono (CO) en el medio ambiente” y con relación a la **sección IV. Solicitudes de aclaración y contestaciones, número 30** del acta de reanudación de junta de aclaraciones. Se solicita a la convocante indicar si es aceptable ofertar otro modelo del analyzer de Monóxido de Carbono cuyo rango va de 0 - 1000 ppm (un rango menor al anteriormente ofertado) y que es configurable por el usuario a un rango de 0 – 50 ppm sin que esto afecte su rendimiento.

R: Se acepta la propuesta de ofertar un analyzer cuyo rango va de 0 a 1000 ppm, en el entendido de que las especificaciones originales permanecen vigentes.

2.- Anexo A, equipos del componente 1, partida #1, haciendo referencia al equipo “analyzer continuo de Dióxido de Azufre (SO2) en aire ambiente” y con relación a la **sección IV. Solicitudes de aclaración y contestaciones, número 3** del acta de reanudación de junta de aclaraciones. Se solicita a la convocante confirmar si es aceptable ofertar un analyzer con una “variación en span: ≤ 0.5% de la escala completa (24 horas o 7 días)”, esto, debido a que la respuesta de la convocante en la junta de aclaraciones se sigue refiriendo al % de la lectura y no al % de la escala completa.

R: Se precisa que si se acepta ofertar un analyzer continuo de Dióxido de Azufre que haga referencia a la especificación “Variación en span: ≤0.5% de la escala completa (24 horas o 7 días)”, en el entendido de que las especificaciones originales permanecen vigentes.



ACTA DE CIERRE DE LA PRIMERA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-016000997-E13-2020

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA MEGALÓPOLIS”

3.- Anexo B, equipos del componente 2, partida #23, haciendo referencia al equipo “anализador continuo de Dióxido de Azufre (SO2) en aire ambiente” y con relación a la **sección IV. Solicitudes de aclaración y contestaciones, número 28** del acta de reanudación de junta de aclaraciones. Se solicita a la convocante confirmar si es aceptable ofertar un analizador con una “variación en span: $\leq 0.5\%$ de la escala completa (24 horas o 7 días)”, esto, debido a que la respuesta de la convocante en la junta de aclaraciones se sigue refiriendo al % de la lectura y no al % de la escala completa.

R: Se precisa que si se acepta ofertar un analizador continuo de Dióxido de Azufre que haga referencia a la especificación “Variación en span: $\leq 0.5\%$ de la escala completa (24 horas o 7 días)”, en el entendido de que las especificaciones originales permanecen vigentes.

4.- Anexo C, equipos del componente 4, partida #25, haciendo referencia al equipo “anализador continuo de Dióxido de Azufre (SO2) en aire ambiente” y con relación a la **sección IV. Solicitudes de aclaración y contestaciones, número 39** del acta de reanudación de junta de aclaraciones. Se solicita a la convocante confirmar si es aceptable ofertar un analizador con una “variación en span: $\leq 0.5\%$ de la escala completa (24 horas o 7 días)”, esto, debido a que la respuesta de la convocante en la junta de aclaraciones se sigue refiriendo al % de la lectura y no al % de la escala completa.

R: Se precisa que si se acepta ofertar un analizador continuo de Dióxido de Azufre que haga referencia a la especificación “Variación en span: $\leq 0.5\%$ de la escala completa (24 horas o 7 días)”, en el entendido de que las especificaciones originales permanecen vigentes.

III. REPROGRAMACIÓN ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante “**La Ley**”, en este acto se da a conocer la nueva fecha para el acto de presentación y apertura de proposiciones como a continuación se detalla:

ACTO	FECHA	HORA
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	18 de marzo de 2020	12:00 hrs.

IV. CIERRE DEL ACTA

De conformidad con el artículo 33 de “**La Ley**”, esta Acta forma parte integral de la Convocatoria a la licitación.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de “**La Ley**”, esta Acta estará disponible en la dirección electrónica: <https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html>, sustituyendo este procedimiento a la notificación personal.

No habiendo más que hacer constar, se dio por terminada la primera y última Junta de Aclaraciones a esta Convocatoria, siendo las **17:45 horas del día 11 de marzo de 2020**.



**ACTA DE CIERRE DE LA PRIMERA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS
No. LA-016000997-E13-2020
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA MEGALÓPOLIS"**

Esta Acta consta de 4 fojas (3 fojas corresponde al presente instrumento y 1 foja corresponde al reporte del sistema CompraNet), firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

POR LA SEMARNAT

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Claudia Patricia Vázquez Moreno	Subdirectora de Adquisiciones y Obras de la Dirección de Adquisiciones y Contratos. Área Contratante	
Ing. Laura Erika Guzmán Torres	Directora General Adjunta de Desarrollo Urbano Sustentable Área Requirente	
Lic. Nancy Ivonne Pérez Villavicencio	Directora de Crecimiento Verde Área Requirente	

POR EL INECC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Ing. Daniel Ordoñez Carmona	Jefe de Departamento de Sistemas Atmosférico Área Técnica.	

----- FIN DEL ACTA -----

[← Volver a la Lista](#)
 Publicación DOF

 Duplicar Procedimiento

...

Procedimiento : 993295 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA MEGALÓPOLIS

 Vigente

Expediente : 2057114 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES...

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 17/03/2020 10:00:00 AM

Administración del Procedimiento

Monitoreo de Licitantes

Grupo de Evaluación

Fallo

Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

[Crear Mensaje](#)
[Mensajes Recibidos](#)
[Mensajes Enviados](#)
[Borrador de Mensajes](#)
[Mensajes Adjuntados](#)
[Crear Elemento](#)

...

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 TERSUM A'RES S A P I DE CV	11/03/2020 04:10 PM	PREGUNTAS ADICIONALES JUNTA ACLARACIONES	11/03/2020 04:16 PM	11/03/2020 04:16 PM	04:16 PM
2 REPRESENTACIONES MEXICANAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV	09/03/2020 09:21 AM	Segunda parte REPMEX preguntats para la junta de aclaraciones	09/03/2020 09:28 AM	09/03/2020 09:28 AM	09:28 AM
3 REPRESENTACIONES MEXICANAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV	09/03/2020 08:35 AM	REPMEX Preguntas JUNTA DE ACLARACIONES	09/03/2020 08:40 AM	09/03/2020 08:40 AM	08:40 AM
4 TECNOLOGIA EN INSTRUMENTACION AMBIENTAL Y CLIMATICA SA DE CV	08/03/2020 03:51 PM	Preguntas Junta de Aclaraciones	09/03/2020 08:38 AM	09/03/2020 08:38 AM	08:38 AM
5 PERIFERIOS Y SISTEMAS SA DE CV	06/03/2020 05:22 PM	JUNTA DE ACLARACION A BASES	09/03/2020 08:34 AM	09/03/2020 08:34 AM	08:34 AM
6 TERSUM A'RES S A P I DE CV	06/03/2020 01:08 PM	Preguntas por la empresa Tersum Ares SAPI de CV	06/03/2020 04:07 PM	06/03/2020 04:07 PM	04:07 PM

Total 6

Pagina 1 de 1

